PACK 6

L 133 mm X H 230 mm X P 83 mm

THUASNE

Zone pour collage étiquette 70x40mm

A CONSERVER POUR LA VALIDATION
A MASQUER POUR L'IMPRESSION

Tour de poignet

1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm

Manuboxer

THUASNE

Manuboxer

Attelle d'immobilisation
poignet-main-doigt

IMMOBILISATION POSTOPÉRATOIRE/POST-TRAUMATIQUE

© Studio caterin

30

MD
Dispositif médical

Un seul patient - à usage multiple

IMPRIM'VERT

FSC MIXTE Emballage FACTICE

FRANCE ONLY

THUASNE
1847

Mode d'emploi/Mise en place
Positionner l'attelle sur une surface plane. ❶ placer la main paume vers le haut, glisser délicatement le 4ème doigt dans la gouttière (doigtier) prévue à cet effet ❷.
Rabattre la sangle Ⓐ pour immobiliser ensemble les 4ème et 5ème doigts, ce qui va verrouiller la partie supérieure de l'attelle au niveau des doigts ❸.
Pivoter la main sur le côté puis fermer la sangle intermédiaire Ⓑ.
Veiller à ce que la baleine palmaire soit bien positionnée contre la paume ❹.
Fermer la dernière sangle Ⓒ en la passant dans la boucle prévue à cet effet, et serrer jusqu'à obtenir une immobilisation satisfaisante ❺.
Afin d'éviter tout problème de constriction, veiller à ne pas trop serrer les sangles. Ne pas hésiter à réajuster l'attelle si besoin.



www.thuasne.com

THUASNE

Zone pour collage étiquette 45x32mm

A CONSERVER
POUR LA VALIDATION
A MASQUER
POUR L'IMPRESSION

THUASNE

Manuboxer

Lire attentivement les instructions d'utilisation.

Description/Destination
Ce dispositif est une attelle de poignet-main-doigt permettant l'immobilisation des 4ème et 5ème doigts.
Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées ci-dessous chez des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

Composition : polyamide - polyurethane - élasthane - polyester - aluminium.

Propriétés/Mode d'action
Immobilisation du poignet et des 4ème et 5ème doigts, via 2 baleines rigides et conformables.
Baleine palmaire préformée à 20° ; baleine dorsale préformée à 90° au niveau des doigts.
Ouverture totale de l'attelle pour faciliter la mise en place de la main et des autres doigts.
Séparation interdigitale pour protéger de toutes frictions éventuelles au niveau des doigts immobilisés.

Indications
Immobilisation postopératoire/post-traumatique du 4ème et du 5ème métacarpe.
Fracture non chirurgicale du 4ème et du 5ème métacarpe.
Séquelle de fracture et d'entorse des doigts (du 4ème et du 5ème).
En relais d'une immobilisation stricte par plâtre.

Contre-indications
Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.
Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.
Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.
Ne pas utiliser en cas de fracture instable.

Précautions
Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.
Ne pas utiliser dispositif s'il est endommagé.
Choisir la taille du dispositif au tableau des tailles.
Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise la première application.
Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.
En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de sensations anormales ou de changement de couleur des extrémités, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.
Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un maintien/une immobilisation sans limitation de la circulation sanguine.

Effets secondaires indésirables
Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques..) voire des plaies de sévérités variables.
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Entretien
Produit lavable selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage. Lavable en machine à 30°C (cycle délicat). Si possible utiliser un filet de lavage. Fermer les auto-agrippants avant lavage. Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés..). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression. Sécher à plat. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil..).

Stockage
Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Elimination
Eliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Conserver ces instructions d'utilisation.

Premier marquage CE : 2018

Thuasne SAS - SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 - capital 1 950 000 euros
120, rue Marius Aufan 92300 Levallois-Perret (France)

THUASNE
120, rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret
France

Immobilisation

© Thuasne - 6493401 (2021-05)