PACK 26

L 120 mm X H 234,5 mm X P 62 mm

THUASNE®

Manulmmo Open

Zone pour collage étiquette 70x40mm

A CONSERVER POUR LA VALIDATION
A MASQUER POUR L'IMPRESSION

Zone pour collage étiquette 45x32mm

A CONSERVER
POUR LA VALIDATION
A MASQUER
POUR L'IMPRESSION

THUASNE®

Manulmmo Open

Description/Destination
Ce dispositif est une attelle de poignet permettant l'immobilisation de l'articulation. Les composantes sont utilisées en traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

Composition
Composants textiles: polyamide - polyester.
Composants rigides: polyoxymethylène - aluminium.

Propriétés/Mode d'action
Immobilisation du poignet grâce à une baleine palmaire thermoformable.
Tissu aéré, intérieur double de mousse.
Système de sangles permettant d'assurer une contention homogène.
Produit bilatéral.

Indications
Entorse du poignet.
Fracture non chirurgicale du poignet.
Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet.
Tendinopathies du poignet.
Traitement conservateur du syndrome du canal carpien.
Arthrose du poignet.
Arthrose du poignet.

Contre-indications
Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.
Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.
Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Précautions
Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.
Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.
Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise la première application.
Se conformer strictement à la prescription et au mode d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.
En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de sensations anormales ou de changement de couleur des extrémités, retirer le dispositif et consulter des professionnels de santé.
Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.
Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, parfums).
Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un maintien/une immobilisation sans imitation de la circulation sanguine.

Effets secondaires indésirables
Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, ecchymoses, ulcérations, allergies).
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Mode d'emploi/Mise en place
Si nécessaire, conformer la baleine palmaire.
Ouvrir l'attelle et positionner le poignet à l'intérieur du produit.
Ajuster le système de serrage pour fermer l'attelle.

Entretien
Produit lavable selon les conditions présentes sur notre notice d'entretien. Le produit ne doit pas être nettoyé à l'eau et/ou en contact avec un liquide. Laisser sécher le produit avant son prochain usage.
Utilisation: Fermer les auto-agripants avant lavage. Lavable en machine à 40°C (cycle délicat). Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés..). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression. Sécher à plat. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

Stockage
Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Elimination
Eliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2011

Conserver ces instructions d'utilisation.

CE

THUASNE
120, rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret
France

Tour de poignet

1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm

Immobilisation

Manulmmo Open

Attelle d'immobilisation du poignet



IMMOBILISATION POSTOPÉRATOIRE/POST-TRAUMATIQUE

THUASNE®
1847

www.thuasne.com

© Studio Caterin

40

MD

Réserve pour labels certif. papier
FSC ou PEFC ou
À CHANGER avant envoi de l'EN, cf BDC

FR

© Thuasne - 6510701 (2023-12)