PACK 26

L 120 mm X H 234,5 mm X P 62 mm

THUASNE®

Zone pour collage étiquette 70x40mm

A CONSERVER POUR LA VALIDATION
A MASQUER POUR L'IMPRESSION

Manulmmo

THUASNE®

Zone pour collage étiquette
45x32mm

A CONSERVER
POUR LA VALIDATION
A MASQUER
POUR L'IMPRESSION

THUASNE®

Manulmmo

Description/Destination
Ce dispositif de maintien du poignet permettant l'immobilisation de l'articulation.
Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

Composition
Composants textiles : polyamide - polyester - coton - élasthane.
Composants rigides : polyoxymethylene - aluminium.

Propriétés/Mode d'action
Immobilisation du poignet grâce à une baleine palmaire rigide anatomique et conformable.
Tissu aéré, intérieur double de mousse.
Système de sangle double permettant d'assurer une contention homogène.

Indications
Instabilité du poignet
Fracture non chirurgicale du poignet.
Immobilisation post-traumatique ou postopératoire du poignet.
Tendinopathies du poignet.
Traitement conservateur du syndrome du canal carpien.
Epicondylite latérale
Arthrite humaloïde.
Arthrose du poignet.

Contre-indications
Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.
Ne pas placer le produit directement en contact avec la peau lésée.
Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Précautions
Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.
Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.
Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.
Il est recommandé qu'un professionnel de santé assure la prescription et l'application et l'utilisation du produit par un enfant.
Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre médecin.
En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de sensations anormales ou de changement de couleur des extremités, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.
Pour toutes questions relatives à la performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.
Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, patchs...).
Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un maintien et une immobilisation sans limitation de la circulation sanguine.

Effets secondaires indésirables
Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités variables.
Toutefois, ces effets secondaires ne devront pas être considérés comme un défaut de dispositif et à l'autorité compétente de l'Etat Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Mode d'emploi/Mise en place
Ouvrir et positionner la baleine palmaire.
Ouvrir l'attelle et positionner le poignet à l'intérieur du produit.
Ajuster le système de serrage pour fermer l'attelle.

Entretien
Produit lavable selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage. Enlever la baleine pour le lavage. A replacer à l'endroit initial avant la mise en utilisation.
Lavable en machine à 40°C (cycle délicat). Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression.
Sécher à plat, à l'ombre, loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

Stockage
Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Elimination
Eliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE: 2009

Conserver ces instructions d'utilisation.

0	10 - 13 cm
1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm

Immobilisation

THUASNE
120, rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret
France

avec ou sans imprim'vert en fonction du lieu d'impression

THUASNE®

Manulmmo

Attelle d'immobilisation du poignet

IMMOBILISATION POSTOPÉRATOIRE/POST-TRAUMATIQUE

© Studio Caterin

Réserve pour labels certif. papier

À CHANGER avant envoi de l'EN, cf BDC

THUASNE®
1847

www.thuasne.com

© Thuasne - 6510501 2023-11)